



**ASOCIAȚIA DE ACREDITARE DIN
ROMÂNIA**
ORGANISMUL NAȚIONAL DE ACREDITARE

București, Calea Vitan nr. 242, Sector 3, cod 031301
Secretariat: tel. 021-402.04.71, fax 021-402.04.89, e-mail: renar@renar.ro; WEB: www.renar.ro
RO 4311980

COMUNICAREA DECIZIEI RENAR PRIVIND ACREDITAREA

Către **SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA**

Laboratoare de analize medicale: 1.Str.Crișan și 2.Str.Cîmpeni

Cluj-Napoca, Str. Moșilor nr. 66-68, județul Cluj, cod poștal 400370

Fax: 0264.599.463, E-mail: pediatrie2@spitocluj.ro, pediatrie3@spitocluj.ro

În atenția domnului/doamnei **Manager Dr. ALDEA Cornel**

Referitor la: **Dosar acreditare 2512 LM R3**



Vă informăm că în ședința desfășurată în data de 17.07.2025, Consiliul de Acreditare al RENAR a luat următoarele decizii privind dosarul menționat mai sus:

1. Menținerea acreditării în cadrul unui ciclu de acreditare, cu modificări ale domeniului de acreditare cu tranziție la standardul SR EN ISO 15189:2023 pentru: pozițiile nr.: 1-6 și 8-9 (cu excepția restrângerii), din Anexa nr. 1/15.02.2024, la Certificatul de Acreditare și pozițiile nr. 1-5 din Anexa nr. 2/20.07.2023, la Certificatul de Acreditare nr. LM 762/15.02.2024 (în cadrul evaluării de supraveghere S1) (g1)

2. Restrângerea acreditării (d)

Se restrânge acreditarea la solicitarea OEC pentru parametrii: "Insulina, Ac. Anti CMV IgM, Ac. Anti Toxo IgM, Ac. Anti Epstein Barr (VCA) IgM)" – de la poziția nr. 9 din Anexa nr. 1/15.02.2024 la Certificatul de acreditare nr. LM762/15.02.2024.

Se restrânge acreditarea la inițiativa RENAR pentru:

- poziția nr. 7 din Anexa nr. 1/15.02.2024 la Certificatul de acreditare nr. LM762/15.02.2024;

- parametrul "microalbumina" – de la poziția nr. 8 din Anexa nr. 1/15.02.2024 la Certificatul de acreditare nr. LM 762/15.02.2024.

OEC nu mai îndeplinește regulile de acreditare deoarece nu a rezolvat neconformitatea nr. 2-2/17.08.2024 și a renunțat la acreditare.

Temeiul: în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Acreditare, RI-5/02.04.2025, art. 1 și "Politica privind suspendarea, restrângerea și retragerea acreditării" RENAR, P-21/02.04.2025, art. 4.2.1, respectiv 4.2.2

Pentru a intra în posesia certificatului de acreditare nr. **LM 762**, vă rugăm să vă prezentați la sediul RENAR. La solicitarea dv. oficială, acesta poate fi trimis printr-un serviciu de curierat, cu plata la destinatar.

Simbolul acreditării îl puteți descărca de pe site-ul contulmeu.renar.ro, din secțiunea "Simbolul acreditării" în baza credențialelor de autentificare puse la dispoziție. Programul supravegheților va fi transmis prin poșta electronică la adresa pediatrie2@spitocluj.ro, pediatrie3@spitocluj.ro. În cazul în care această adresă nu mai este valabilă sau în cazul în care nu dețineți datele de autentificare, vă rugăm să ne contactați.



**ASOCIAȚIA DE ACREDITARE DIN
ROMÂNIA**
ORGANISMUL NAȚIONAL DE ACREDITARE

București, Calea Vitan nr. 242, Sector 3, cod 031301
Secretariat: tel. 021-402.04.71, fax 021-402.04.89, e-mail: renar@renar.ro; WEB: www.renar.ro
RO 4311980

De asemenea, vă rugăm să completați Chestionarul pentru evaluarea gradului de satisfacție al OEC privind serviciile RENAR, disponibil la adresa <https://contulmeu.renar.ro/forms/F38-PR-14/>.

Certificatul de acreditare nu exonerează OEC de obligația de a obține toate aprobările și autorizațiile necesare pentru funcționarea sa conform legii.

DIRECTOR GENERAL

Alina Elena TAINĂ

Întocmit:
Coordonator SCA,
Gabriela STANCIU



ASOCIAȚIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA - RENAR

București, Calea Vitan nr. 242, sector 3, cod 031301
CIF RO 4311980



RENAR este semnatar al EA-MLA pentru încercări, inclusiv analize medicale.

CERTIFICAT DE ACREDITARE Nr. LM 762

Asociația de Acreditare din România – RENAR, fiind recunoscută ca Organism Național de Acreditare prin OG 23/2009, prin prezentul certificat atestă că organizația:

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII CLUJ-NAPOCA

Cluj-Napoca, Str. Moșilor nr. 66-68, județul Cluj

prin

Laboratoare de analize medicale: 1.Str.Crișan și 2.Str.Cîmpeni

îndeplinește cerințele **SR EN ISO 15189:2023** și este competentă să efectueze activități de **ANALIZE MEDICALE**, așa cum se detaliază în Anexele la prezentul certificat de acreditare.

Această acreditare este menținută cu condiția îndeplinirii în mod continuu a criteriilor de acreditare stabilite de Asociația de Acreditare din România - RENAR.

Prezentul certificat este însoțit de Anexele nr. 1/17.07.2025 (2 pagini) și nr. 2/20.07.2023 (1 pagină), părți integrante ale acestuia.

Certificatul de acreditare este un document de acreditare esențial, care poate fi revizuit și emis periodic de către RENAR. Cea mai recentă versiune a certificatului de acreditare este disponibilă pe website-ul RENAR, www.renar.ro.

Data acreditării inițiale: 29.03.2012

Data reînnoirii acreditării: 15.02.2024

Data actualizării: 17.07.2025

Data expirării acreditării: 14.02.2028

DIRECTOR GENERAL

Alina Elena TAINĂ



**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI
DE ACREDITARE**

dr. ing. Dumitru DINU

Certificatul de acreditare nu exonerează OEC de obligația de a obține toate aprobările și autorizațiile necesare pentru funcționarea sa conform legii.

Reproducerea parțială a prezentului certificat este interzisă.

Cluj-Napoca, Str. Crișan nr. 3-5, județul Cluj



Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LM 762
Data emiterii Anexei nr. 1: 17.07.2025

Nr. crt.	Material analizat	Analiza / principiul analitic	Parametrii determinați	Documentul de referință
	Urină		HDL-colesterol LDL-colesterol Colinesteraza Creatinina CK Fier Fosfataza alcalina Fosfor GGT Glucosa LDH Magneziu Proteine totale Trigliceride Uree Glucosa Proteine	
5.	Sânge	Determinarea hemoglobinei glicozilate /HPLC	HbA1c	PS-30
6.	Ser	Determinări biochimice /metoda potențimetrică ISE	Sodiu Potasiu Clor	PS-09
IMUNOLOGIE				
7.	Ser	Determinări imunologice /imunoturbidimetrie	ASLO Complement C3 Complement C4 CRP FR IgA IgG IgM Transferina	PS-10
8.	Ser	Determinări imunologice /chemiluminiscență	FSH LH Progesteron Estradiol Prolactina Testosteron TSH FT4 Cortizol Feritina Ag. HBs Ac. anti HCV	PS-28 PS-33 PS-27

Sfârșit document

DIRECTOR GENERAL
Alina Elena TAINĂ

